

**Közbeszerzési Hatóság**  
**Budapest**  
**Riadó u. 5.**  
**1026**

**Tárgy: Tájékoztatás a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról**

**Tisztelt Közbeszerzési Hatóság!**

Alulírott dr. Markovics Barbara felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (Szász és Markovics Ügyvédi Iroda, 1115 Budapest, Bartók Béla út 152.) a **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület** (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.) képviselőjében a Kbt. 103.§ (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatom Önöket, hogy az Egyesület, mint ajánlatkérő a **Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja** szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Zoll AED3 Defibrillátor, ZOLL X Series defibrillátor/monitor beszerzése bérleti konstrukcióban” tárgyban.

### **1. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények:**

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, tekintettel arra, hogy a kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg a szerződés, és az Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgya a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra.

Az ajánlattételre felkérni kívánt Speeding Kft. kizárólagossági nyilatkozatot tett az Ajánlatkérő felé arra vonatkozóan, hogy a beszerezni kívánt termékek tekintetében a gyártók által kiadott meghatalmazás birtokában kizárólagos import-, kereskedelmi-, értékesítési-, szervizelési és forgalmazási jogosultsággal rendelkezik.

Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező termékek az adott piacon más forgalmazásra jogosult gazdasági szereplőtől nem szerezhetők be, figyelemmel a fentiekben részletezett kizárólagos jogokra.

A verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgya a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő által az EFOP-1.12.1-17-2017-00008 és EFOP-1.12.1-17-2017-00007 azonosító számú projekt keretében megvalósítani kívánt elsősegélynyújtási tevékenység teljesítéséhez az alábbiakban bemutatott eszközök szükségesek.

#### Zoll AED 3 BLS Defibrillátor

A piacon az egyetlen defibrillátor, mely a Real CPR Help és a CPR Dashboard funkciókkal az újraélesztés közben folyamatos visszajelzést ad a mellkaskompressziók minőségéről. A CPR Uni-padz egyedülállóan teszi lehetővé egy elektródával a felnőtt vagy gyermek újraélesztési funkció beállítását. A készülék egyedülálló Program Management Onboard rendszerrel működtethető, mely lehetővé teszi a felhőben lévő önellenőrzést és az automatikus hibaüzenetek küldését, maximalizálva ezzel a felhasználói és üzemeltetési biztonságot.

#### ZOLL X Series defibrillátor monitor

A Real CPR Help valós idejű képi- és hangvisszajelzéssel segíti az újraélesztőt a CPR minőségi mutatók teljesítésében. A piacon egyedülállóan a kompressziók mélységét és frekvenciáját numerikusan, a mellkas felengedését grafikuson jeleníti meg a CPR Dashboard-on, melyet az egyedülálló perfúziós teljesítmény index egészít ki. Ezeknek az összessége együtt egyedülálló. Es a perfúziós index magában is egyedülálló. Az egyedülálló See-Thru CPR kiszűri a kompressziók által generált műterméket és a szűrt EKG görbe megjelenítésével segít minimalizálni a kompressziók közötti megszakításokat. Tudásához képest könnyű és kicsi.

Ismert tény, hogy percenként 7-10%-kal csökken sokkolandó ritmus esetén a túlélés esélye – így elmondható, hogy az idő tényező rendkívüli jelentőséggel bír a sürgősségi ellátás és az elsősegélynyújtás terén. A fenti

eszközök közös vonása, hogy a gyártó által kifejlesztett Uni-padz elektróda egyaránt használható gyermek, illetve felnőtt beteg ellátása esetén is így értékes másodpercek nyerhetők az egységes tartozékrendszernek köszönhetően, illetve azzal, hogy nem szükséges figyelmet fordítani a megfelelő elektróda kiválasztásával és csatlakoztatásával.

Az újraélesztés során - kutatások tanúbizonysága szerint is - a legnagyobb szerepe a jól kivitelezett, jó minőségű mellkaskompresszióknak van, ezért minden olyan technikai támogatás, amely a műfogás minőségét objektíven osztályozza és azonnali visszajelzést ad közvetlen hatással van a túlélésre.

A betegek eltérő anatómiai adottságaiból fakadóan szakavatott és gyakorlott elsősegélynyújtók számára is nehéz lehet annak a megítélése, hogy megfelelő-e a kompressziók ereje, mélysége. A See-Thru CPR és a Real CPR Help mód lehetővé teszi, hogy az újraélesztést végző grafikus visszajelzést kapjon a hatékonyságról, tempóról és minőségről mindamelllett, hogy minden 2 perces újraélesztési ciklusban másodpercekkel rövidül a ritmusanalízisre szánt idő. A folyamatos megfigyelés-monitorozás-visszajelzés további származtatott előnye, hogy a készülék képes megkülönböztetni a beteg EKG görbáját és a beavatkozást végző műtermékét – ezáltal tisztább és átláthatóbb pillanatnyi képet képes jelezni a szakemberek felé.

A laikus elsősegélynyújtókat az AED3 esetében a megszokott metronóm és szóbeli hangjelzés mellett egy színes kijelzőn megjelenő animáció is instruálja a kompressziók minőségéről, mélységéről, megfelelő tempójáról és számáról.

A Program Management Onboard(PMO) modul lehetővé teszi, hogy mindkét érintett pályázat esetén jelentős erőforrást takarítsunk meg a 17 db AED folyamatos ellenőrzése és karbantartása terén. A 17 db AED-t 17 különböző településen fogjuk üzembe állítani, amelyek földrajzilag is nagy távolságra találhatók egymástól. A PMO által egy egységes felületen, online elérhető az összes eszköz minden releváns adata (működési státusz, elhelyezkedés, töltöttség, események) – illetve a rendszer és az egyes eszközök automatikus e-mail értesítést küldenek rendkívüli események esetén (károsodás, csökkent akkumulátor szint, aktivitás).

Az elsősegélynyújtás és esetleges emeltebb szintű ellátás minden esetben egy felfokozott stresszhelyzetben történik. A professzionális, korszerű és fenntarthatóság szempontjából költséghatékony eszközök használata nagyban javítja az alkalmazási hatékonyságot, a beavatkozást végzőnek a magas szintű technikai támogatás pedig magabiztosságot kölcsönöz – ezért minden olyan lehetőséget meg kell ragadnunk, ami csökkenti az elsősegélynyújtóra nehezedő nyomást és hozzájárul az eredményességhez.

A beszerzés egybeszámított becsült értéke: nettó 46 965 797.- Ft.

(A beszerzés egybeszámítás nélküli becsült értéke: nettó 22 982 191.- Ft)

**Ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplő neve, címe:**

Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1126 Budapest, Ugozca u. 5.

Kérjük, hogy az eljárás megindításához hozzájárulni szíveskedjenek.

Mellékletek:

- kizárólagos jog igazolása

- meghatalmazás

Budapest, 2018. április 11.

Tisztelettel,



dr. Markovics Barbara

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

**dr. Markovics Barbara**

felelős akkreditált

közbeszerzési szaktanácsadó

Nyilvántartási szám: 00142