

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	
Postai cím: Szarvas Gábor út 58-60.	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1125

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Elsősegélynyújtási és oktatási eszközök beszerzése a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az EFOP-1.3.6-17-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében”

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Beszerzendő termék megnevezése	Kíszerelés	Beszerzendő mennyiség
Zoll AED 3 Defibrillátor	darab (db)	7
ZOLL X Series defibrillátor/monitor, CPR expansion, 12-elvezetéses EKG, Pacing, SpO2, NIBP, etCO2, Temp, hordtáskával	darab (db)	1
AmbuMan Advanced IV karral és IO lábbal	darab (db)	2
AmbuMan Instrument	darab (db)	7
Ambu Baby BLS gyakorló baba	darab (db)	7
Ambu Junior	darab (db)	7
Ambu Intubációs Tréner	darab (db)	2

A beszerzendő termékekkel szemben támasztott szakmai követelményeket a Közbeszerzési dokumentok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

Fő szójegyzék

Fő tárgy:

33172200-8 Újraélesztési készülékek
33182100-0 Defibrillátor
34152000-7 Oktatási szimulátorok
39162200-7 Képzési segédanyagok és eszközök

A nyertes Ajánlattevő által ellátandó közbeszerzési műszaki minőségbiztosítási feladatok:
A Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást.

A részletes feladat meghatározás a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban, és szerződéstervezetben került rögzítésre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. II. rész, XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: Nem releváns.

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, tekintettel arra, hogy a kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg a szerződés, és az Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgya a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra.

Az ajánlattételre felkérni kívánt Speeding Kft. kizárólagossági nyilatkozatot tett az Ajánlatkérő felé arra vonatkozóan, hogy a beszerezni kívánt termékek tekintetében a gyártók által kiadott meghatalmazás birtokában kizárólagos import-, kereskedelmi-, értékesítési-, szervizelési és forgalmazási jogosultsággal rendelkezik.

Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező termékek az adott piacon más forgalmazásra jogosult gazdasági szereplőtől nem szerezhetők be, figyelemmel a fentiekben részletezett kizárólagos jogokra.

A verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgya a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő által az EFOP-1.3.6-17-2017-00002 azonosító számú projekt keretében megvalósítani kívánt elsősegélynyújtási oktatási tevékenység teljesítéséhez az alábbiakban bemutatott eszközök szükségesek.

Zoll AED 3 BLS Defibrillátor

A piacon az egyetlen defibrillátor, mely a Real CPR Help és a CPR Dashboard funkciókkal az újraélesztés közben folyamatos visszajelzést ad a mellkaskompressziók minőségéről. A CPR Uni-padz egyedülállóan teszi lehetővé egy elektródával a felnőtt vagy gyermek újraélesztési funkció beállítását. A készülék egyedülálló Program Management Onboard rendszerrel működtethető, mely lehetővé teszi a felhőben lévő önellenzést és az automatikus hibaüzenetek küldését, maximalizálva ezzel a felhasználói és üzemeltetési biztonságot.

ZOLL X Series defibrillátor monitor

A Real CPR Help valós idejű képi- és hangvisszajelzéssel segíti az újraélesztőt a CPR minőségi mutatók teljesítésében. A piacon egyedülállóan a kompressziók mélységét és frekvenciáját numerikusan, a mellkas felengedését grafikusán jeleníti meg a CPR Dashboard-on, melyet az egyedülálló perfúziós teljesítmény index egészít ki. Ezeknek az összessége együtt egyedülálló. Es a perfúziós index magában is egyedülálló. Az egyedülálló See-Thru CPR kiszűri a kompressziók által generált műterméket és a szűrt EKG görbe megjelenítésével segít minimalizálni a kompressziók közötti megszakításokat. Tudásához képest könnyű és kicsi.

AmbuMan Instrument

A piacon az egyetlen újraélesztő fantom, mely egyedi higiénikus rendszerrel rendelkezik. Ezáltal minimálisra csökkenthető a gyakorlásokon a fertőzés kockázata. Az piacon az egyetlen felnőtt újraélesztő fantom, mely rendelkezik hasfalba épített újraélesztés értékelő offline modulal, mely nem igényel áramellátást.

AmbuMan Advanced IV karral és IO lábbal

Az Ambu Man Advanced-t irányító szoftver elnevezése: Manikin Management Modul, melynek használata web böngészőn alapul. A Manikin Management Modulhoz csatlakozni lehet bármilyen asztali számítógépről, tabletről vagy okostelefonról. Ebben az árkategóriában ez egyedi. Csoportos tréning esetén a különböző babákat csillaghálózatban lehet csatlakoztatni, vagyis 5 babát lehet egy fő babához csatlakoztatni. Élethű beteg monitorozás jellemzi: élettani paraméterek és légzési hangok szintén csak nagyon drága babák esetén jellemzőek – tehát ez is egyedi az ér érték arányt tekintve (kijelzés 12 elvezetéses EKG-val; megfigyelhető: EKG, vérnyomás, oxigén szaturáció, SpO2, etCO2, élettani paraméterek változtathatók a tréning alatt, Légzési hangok lejátszhatók).

Az piacon az egyetlen felnőtt újraélesztő fantom, mely rendelkezik hasfalba épített újraélesztés értékelő offline modulal is, mely nem igényel áramellátást. Egyedülálló a mellkas keménység beállításának lehetősége.

Ambu Baby BLS gyakorló baba

A piacon az egyetlen csecsemő újraélesztő fantom, mely egyedi higiénikus rendszerrel rendelkezik. Ezáltal minimálisra csökkenthető a gyakorlásokon a fertőzés kockázata.

Ambu Junior

A piacon az egyetlen gyermek újraélesztő fantom, mely egyedi higiénikus rendszerrel rendelkezik. Ezáltal minimálisra csökkenthető a gyakorlásokon a fertőzés kockázata.

Ambu Intubációs Tréner

A fej bal oldala nyitott a tanuló gyakorlásának megfigyelésére. Egyedi megoldás, hogy a garat és a trachea fala áttetsző, ami lehetővé teszi a tanulóknak a légutakba vezetett tubus követését.

A bemutatott eszközökkel támogatott, gyakorlat alapú oktatás teljes mértékben megfelelő és harmonizál az ERC (European Resuscitation Council/Európai Újraélesztési Társaság), az MRT (Magyar Resuscitatio Társaság) által megfogalmazott és elfogadott protokolloknak, módszertanoknak.

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel ²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ []/[]/S []-[]-[]-[]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ []/[]/[] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ² (2018/02/09)

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: Nem releváns.²

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: Nem releváns.

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: [1] Rész száma: ² [1] Elnevezés: „Elsősegélynyújtási és oktatási eszközök beszerzése a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az EFOP-1.3.6-17-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében”

Az eljárás eredményes volt igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

V.2 Az eljárás eredménye ²

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [1]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő	neve	Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
	címe (székhelye/lakóhelye)	1126 Budapest, Ugocsa utca 5. fszt. 8.
	adószáma	10705775-2-43

Alkalmasság indoklása:

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel ezen Ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok követelményeinek, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében a kért igazolásokat megfelelően benyújtotta, Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt és alkalmas a szerződés teljesítésére.

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

Nettó ajánlati ár (HUF):	nettó 20 601 000 HUF
--------------------------	----------------------

V.2.3) Az ajánlatok értékelése ²

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1126 Budapest, Ugocsa utca 5. fszt. 8.) Ajánlattevő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot nyújtotta be.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Nem releváns. ²

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszerek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Nem releváns.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő	neve	Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
	címe (székhelye/lakóhelye)	1126 Budapest, Ugocsa utca 5. fszt. 8.
	adószáma	10705775-2-43

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 20.601.000, - Forint.

Az ajánlat kiválasztásának indokai:

Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1126 Budapest, Ugocsa utca 5. fszt. 8.) Ajánlattevő

- ajánlata érvényes;
- a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlatot ezen Ajánlattevő tette.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Nem releváns.

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² igen nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ²

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: Nem releváns. ²

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ²

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Nem releváns.

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: Nem releváns.

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: Nem releváns.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: Nem releváns.²

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Nem releváns.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.02.27.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.02.27.

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: ²

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: ²

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ²

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: ²

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: ²

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: ²

VI.1.10) További információk: Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (5) bekezdése értelmében köteles a legalább tíz nappal a szerződés megkötését megelőzően a Kbt. 137. § (2) bekezdése szerinti hirdetményt közzétenni.²

¹ szükség szerinti számban ismételve meg

² adott esetben

Dr. Nagy Zs. R. R. R.

dr. Nagy Zs. R. R. R.
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szakértő
Irányítószám: 00870
1203 Budapest, Téglaágyártó u. 15/B. fsz.:2